一次性使用引流袋产品说明书

一、产品名称：一次性使用引流袋

二、型号规格：I 型、II 型、III 型

三、企业名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司

四、注册地址：山东省威海市世昌大道 312 号

五、生产地址：山东省威海市世昌大道 312 号

六、联系方式： 电话：0631-5622612

负责人：赵恒坤

七、售后服务机构：山东威高集团有限公司市场部

电话：0631-5620486

八、生产企业登记号：2006027

九、注册证号：鲁威食药监械（准）字 2004 第 1660001 号（更）

十、产品标准号：YZB/鲁威 0011-2004《一次性使用引流袋》

十一、产品性能结构

1.主要结构：本产品由接头、导管、提带、收集袋、放液阀等组成。

2.性能指标：无菌

十二、适用范围：供外科手术引流用。

十三、禁忌症

包装破损时，禁止使用；不得重复使用。

十四、注意事项、警示及提示性说明


①内包装破损，严禁使用，一次性使用，用后销毁。


②生产批号和失效年月见瓶体封口处。

十五、标签、包装标识样图

① 表示一次性使用，说明产品不能再次使用；

② 表示层数极限，说明产品摆放不能超过 7 层；

③  表示怕雨;

④  表示怕晒;

⑤ 表示属于易碎物品，说明要轻拿轻放。

十六、安装说明：不适用

十七、使用说明

①使用本产品前应首先注意包装、生产批号、失效年月。

②使用时打开包装，按需求进行常规操作。

③用后进行常规处理。

十八、维护保养方法：一次性使用

十九、储存条件、方法

①本产品应用有遮蓬的车厢、舱位装载运输，并保持清洁，避免日晒雨淋。

②本产品应贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体和通风良好、清洁的室内。

二十、有效期限:本产品无菌有效期为两年。

二十一、包装以及其他

本产品包装符合YY/T0313-1998规定的I类产品包装要求，其他要求符合YZB/鲁威0011-2004标准要求。

顾客如反映质量问题，请记清产品规格、生产批号、灭菌批号。

由于生产或包装不合格的产品将免费包换。

厂方不承担的责任：由于运输、贮存条件不合理以及产品离开厂家后或违反使用规则所引起产品不合格。